**2011 年 1 月 5 日　（第 3 版）　　承認番号　22000BZX01532000
*2009 年 8 月 1 日　（第 2 版）　機械器具 5 麻酔器並びに麻酔器用呼吸嚢及びガス吸収かん
管理医療機器 再使用可能な麻酔用呼吸回路 JMDN 37021000

患者回路

【警告】

(1) 使用前に本製品と接続するチューブ類を確実に接続しリークが無いことを確めること。
(2) 他の機器と接合して使用する場合は閉塞がおこらないよう吸気・排気回路が確保されていることを十分に確認し使用すること。
(3) 本製品の使用により死腔量が増えるため換気条件を再設定すること。

【形状・構造及び原理等】

形状

カタログ番号	品名	長さ
561114300	患者回路小児用	0.7m
561114900	患者回路大人用	0.15m
561115000	患者回路大人用	1.0m
561115100	患者回路大人用	0.7m
561115200	患者回路大人用	0.5m
561115300	患者回路大人用	0.3m
561128300	患者回路大人用	1.5m
561191500	患者回路大人用	1.25m
M1012206	患者回路大人用	0.7m
M1012209	患者回路大人用	1.0m
M1012211	患者回路大人用	0.5m
M1012360	患者回路大人用	1.5m
M1012364	患者回路小児用	0.7m
M1017709	患者回路大人用	1.2m

構造・構成ユニット

本体寸法
コネクタ：Φ22mmF
管径：　Φ19mm、又は 16mm(大人用)
　　Φ10mm(小児用)
材質：　シリコン

【使用目的、効能又は効果】

本製品は閉鎖循環式麻酔器(半閉鎖循環式麻酔器、麻酔システム等を含む)の患者回路として用いる。

【品目仕様等】

・性質：　ラテックスフリー

【操作方法又は使用方法等】

本製品は閉鎖循環式麻酔器(半閉鎖循環式麻酔器、麻酔システムを含む)の成人用及び小児用患者回路として用いるシリコンチューブである。
本製品を使用するにあたり、本製品を接続して使用する回路、及び装置等に付属されている取扱説明書を熟読し、内容を理解した上で使用すること。

使用方法

1. クリーニングを行った物を使用し使用前には必ずリークテストを行うこと。
2. 使用する前に破損等がないことを確認する。
破損した回路は使用しないこと。
3. 他の構成部品との接続をしっかり行なうこと。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

**1. 医家向け医療機器であるため、医師による使用及び医師の指示によって使用すること。
2. 常に患者の状態の観察を行い流量抵抗を確認すること。
3.使用前に本製品と接続するすべての機器との接続を確実にし接続箇所は両手で持ってねじって固定しリークが無いことを確認すること。
4. 回路の閉塞が起こらないように吸気・排気回路が確保されていることを十分に確認して使用すること。
5. 本製品を使用中の患者の状態をよく観察し合併症が発生したら適切な処置をとること。
6. 患者について呼気ガスモニタやパルスオキシメータ等で常に観察し患者の異常や異変を発見できるようにすること。
7. 本製品を使用するときには換気条件を再設定すること。
[本製品の使用により死腔量が増えるため]

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

貯蔵・保管方法

1. 保管条件
周囲温度： -30～40℃
2. 保管場所については次の事項に注意すること。
(1) 水のかからない場所に保管すること。
(2) 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること
(3) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

1. 本製品を使用する前に、損傷、劣化、異常等が無いか目視点検を行うこと。
2. 全ての接続が安全にセットされていることを確認すること。
3. クリーニング方法
オートクレーブにかける前に有機物と残留薬物、消毒薬を取り除くこと。
4. 滅菌方法
オートクレーブ(最高 134℃、18 分間)にて患者毎、又は必要に応じ頻繁に実施すること。

取扱説明書を必ずご参照ください。

GE Healthcare Japan Corporation　5402856

【包装】

１本単位で梱包

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

*製造販売業者：

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

住所： 〒191-8503　東京都日野市旭が丘 4-7-127

**お問い合わせ先： 消耗品受注センター
電話： 0120-187-855
FAX： 042-582-6923

製造業者： ウィリー ラッシュ ゲーエムベーハー
(Willy Rusch GmbH)
国名： ドイツ

製造業者： テレフレックス メディカル
(Teleflex Medical Sdn. Bhd.)
国名： マレーシア

製造業者： ノラト メデボ エイビー
(Nolato Medevo AB)
国名： スウェーデン

社内部品番号： 5402856

取扱説明書を必ずご参照ください。